


Summary								
Antonio - France								
Serémange-Erzange - France								
Temperature	Min	Max	Avg	Dev	00-06	06-12	12-18	18-24
Pro 3	7,1	12,8	9,68					
Comet	7,2	12,8	9,74	0,06	0,11	0,06	-0,02	0,11
Rad14	7,2	12,8	9,72	0,04	0,05	0,05	0,01	0,05
Proto3 sht45SF	7,1	12,8	9,69	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,03
Ventiled	7,2	12,8	9,75	0,07	0,05	0,09	0,07	0,07
Wind		Avg	Gust	Avg Gust				
Davis		2,82	10,30	4,26				
Rain Daily	0							
Solar Rad		Avg	Max					
Davis		138,84	779,00					





COMPARISON SCREENS									
Time slot	Pro3	Ventiled	Rad14	Proto3 sht45SF	Comet	WIND	SOLAR	Dir Wind	Rain Rate
0h-1h	9,38	0,05	0,04	0,04	0,12	1,25	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1h-2h	9,09	0,07	0,04	0,04	0,10	1,67	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2h-3h	9,19	0,05	0,05	0,03	0,09	3,30	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3h-4h	8,38	0,04	0,07	0,07	0,13	3,32	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4h-5h	8,03	0,05	0,03	0,02	0,09	3,22	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5h-6h	7,83	0,07	0,06	0,02	0,11	3,52	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6h-7h	7,36	0,04	0,05	0,02	0,09	2,85	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7h-8h	7,19	0,09	0,08	0,07	0,13	2,98	33,17	#DIV/0!	#DIV/0!
8h-9h	7,98	0,07	0,05	0,04	0,08	3,18	188,25	#DIV/0!	#DIV/0!
9h-10h	8,48	0,11	0,07	0,03	0,03	3,94	217,33	#DIV/0!	#DIV/0!
10h-11h	9,23	0,12	0,03	0,00	0,03	4,48	327,92	#DIV/0!	#DIV/0!
11h-12h	9,73	0,07	0,03	-0,01	0,01	4,79	250,25	#DIV/0!	#DIV/0!
12h-13h	10,77	0,07	0,02	-0,07	-0,05	4,87	429,58	#DIV/0!	#DIV/0!
13h-14h	11,13	0,07	0,00	-0,01	-0,01	4,37	562,75	#DIV/0!	#DIV/0!
14h-15h	11,76	0,10	0,02	-0,03	-0,07	4,01	449,17	#DIV/0!	#DIV/0!
15h-16h	11,90	0,08	0,03	-0,03	-0,01	3,44	297,42	#DIV/0!	#DIV/0!
16h-17h	12,27	0,05	0,01	-0,00	-0,02	2,88	322,00	#DIV/0!	#DIV/0!
17h-18h	11,99	0,03	0,02	-0,01	0,02	2,58	92,92	#DIV/0!	#DIV/0!
18h-19h	11,82	0,07	0,02	0,00	0,02	2,43	117,42	#DIV/0!	#DIV/0!
19h-20h	11,27	0,06	0,02	-0,02	0,06	1,30	31,92	#DIV/0!	#DIV/0!
20h-21h	10,33	0,07	0,07	0,02	0,14	0,79	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!
21h-22h	9,13	0,07	0,07	0,04	0,14	0,67	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
22h-23h	9,07	0,08	0,05	0,06	0,13	0,87	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
23h-24h	8,92	0,08	0,06	0,07	0,17	1,05	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
AVERAGE DEV	9,68	0,07	0,04	0,02	0,06			#DIV/0!	
DEV	9,68	9,75	9,72	9,69	9,74	2,82	138,36	#DIV/0!	
MIN	7,10	7,20	7,20	7,10	7,20	0,10	0,00	#DIV/0!	
MAX	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	6,40	779,00	#DIV/0!	

